

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES *Comissão Permanente de Licitação - CPL*

ANEXO I **TERMO DE REFERÊNCIA** **PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 0046/2023**

1. OBJETO

1.1. Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar, para as unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Portel/PA.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Justifica-se a aquisição pretendida visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde na promoção do comando de constante do art. 196 e 197 da Constituição Federal, qual seja, “direito universal a saúde”;

2.2. Considerando que, para prestar serviços de qualidade no Hospital Municipal, e necessário o uso de Equipamento e Materiais Permanentes Hospitalar para prestação do serviço com qualidade pelos profissionais da saúde, por isso é de fundamental importância, a contratação de empresa para fornecimento do objeto;

2.3. Considerando, que a aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar, visa assegurar o pleno funcionamento do Hospital Municipal, para evitar possíveis paralisações no atendimento dos pacientes;

2.4. Considerando, que os Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar, serão usados de forma a auxiliar em procedimentos de cirúrgicos de alta e pequena complexidade, bem como uso diário em consultas de pacientes;

2.5. Considerando, que os Equipamento e Materiais Permanentes, serão usados para equipar e modernizar o hospital e postos de saúde para que os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, possam oferecer um melhor atendimento aos pacientes;

2.6. Considerando, que um funcionário da saúde merece trabalhar em um ambiente equipado, fazendo com que tenha mais segurança para atuar. A chance de a saúde atingir seu objetivo, de cuidar das pessoas, é muito maior se garantirmos um ambiente moderno;

2.7. Pontuação que a ausência dos Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar, poderá causar inúmeros transtornos, prejudicando a qualidade do atendimento prestado ao contribuinte, sendo este o principal motivador para que se busque proporcionar um serviço de qualidade e excelência;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

2.8. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade dos serviços, sendo as aquisições descritas indispensáveis para o atendimento aos pacientes do Hospital Municipal;

2.9. A Secretaria Municipal de Saúde de Portel/PA, é encarregada de atuar na prestação de serviços públicos do SUS, trabalhando e cuidando da saúde da população;

2.10. No que se refere, ao quantitativo do objeto disposto no Termo de Referência, o mesmo foi mensurado levando-se em consideração uma quantidade estimada suficiente ao atendimento da demanda, devidamente ponderado em históricos anteriores pelos departamentos responsáveis pela supervisão do recebimento de Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar, respeitando uma margem de suportar um eventual aumento da demanda;

2.11. Diante dos fatos relatados torna-se indispensável e fundamental a aquisição dos itens constantes deste termo de referência, visando a prestação do serviço com qualidade pelos profissionais da saúde, por isso é de fundamental importância, a contratação de empresa para fornecimento de Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar, para atender Secretaria Municipal de Saúde de Portel, de acordo com os itens constantes neste termo de referência.

3 – FATURAMENTO E PAGAMENTO:

3.1. Os preços dos Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar serão os estipulados na adjudicação da Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor será pago de acordo com os fornecimentos.

3.2. O preço do item contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas neste Termo de Referência, em até 30 (trinta) dias corridos, após a entrega e aceitação do objeto deste Termo de Referência, se nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e Recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório dos fornecimentos solicitados.

3.3. A Secretaria Municipal de Saúde terá o direito de descontar de faturas e/ou quaisquer débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas.

4 – DO ITEM:

ITEM	EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO 03 PORTAS	Especificações: Armário suspenso com 3 portas em aço convencionais com abertura em dobradiças metálicas e 1 prateleira interna; altura 40cm ; profundidade 28cm; largura 105 cm	UNIDADE	45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

2	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA CAP. DE ATÉ 20KG	Especificação: Balança digital Pediátrica; Dimensões: Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm; Peso da balança: 4,6 kg; Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 5 g; Concha anatômica: Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica; Display operador: LCD (cristal líquido); Pés antiderrapantes em borracha sintética.	UNIDADE	25
3	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA COM CAP. DE ATÉ 200KG	Especificação: Balança Antropométrica; Dimensões: Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm; Peso da balança: 20 kg; Capacidade de pesagem 200 kg; Aço inoxidável polido; Display com LED vermelho com 6 dígitos; Pés antiderrapantes em borracha sintética; Piso antiderrapante; Régua antropométrica; Trava de impacto.	UNIDADE	20
4	POLTRONA HOSPITALAR	Especificação: Poltrona Hospitalar Comfort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma D23R com espessura 70 mm; Reclinável; Se ajusta em 4 posições; Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés, acionado por alavanca lateral.	UNIDADE	70
5	BIOMBO TRIPLO EM FACES PLÁSTICO	Especificações: Fabricação em aço carbono e pintura epoxi com faces de plástico; Dimensões :Largura: (aberto) 1,80 metros Largura: (fechado) 0,66cm Altura: 1,75 metrosPeso: 10kg	UNIDADE	30
6	CORTINA DIVISORIA DE LEITO HOSPITALAR COM TRILHO	Modelo tela colmeia superior, triplamente reforçadas nas bordas superior e laterais Confeccionadas com linhas sintéticas; confeccionada em vinil (PVC) material de lata resistência com tratamento antimicrobiano e antechamas.	UNIDADE	25
7	CADEIRA DE RODAS - ATÉ 85 KG	Especificação: Em aço carbono, pintura epóxi, assento e encosto em nylon almofadado, dobrável em x, pneus de borracha maciço com aro da roda construído em alumínio, aro impulsor, rodas dianteiras maciços, freios bilaterais. Capacidade máxima 85KG.	UNIDADE	25
8	CADEIRA DE RODAS - ATÉ 120 KG	Especificação: Em aço carbono, pintura epóxi, assento e encosto em nylon almofadado, dobrável em x, pneus de borracha maciço com aro da roda construído em alumínio, aro impulsor, rodas	UNIDADE	25

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

		dianteiras maciços, freios bilaterais. Capacidade máxima 120KG.		
9	CARRO DE CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA	<u>Especificação:</u> Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx; Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox; Balde de 5 Litros em alumínio; Bacia de 3 litros em alumínio; Dimensões Externas: Comprimento: 1,13cm, Largura: 0,48 cm, Altura: 0,85 cm.	UNIDADE	30
10	OXIMETRO DE MESA ADULTO / NEONATAL	<u>Especificação:</u> Oxímetro de pulso; Tela de exibição: Tipo TFT LCD 2.2 POL; Parâmetros de monitoramento: SpO2 e Frequência de pulso (FP); Soquetes de sinal: Soquete de SpO2 e Soquete USB.	UNIDADE	14
11	COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33	Camada de Espuma D33 ; Tratamento Antialérgico e Antiácaro; Tecido em Viscopoli (51% Viscose e 49% Poliéster); Dimensões: Altura: 18 cm Largura: 88 cm Profundidade: 188 cm	UNIDADE	20
12	CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS	<u>Especificação:</u> Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevaçãode Leito; Acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama; Estrutura do leito em Aço ASTM de 3MM; Estrado articulado em Aço Carbono ASTM de 1,2MM; Base tubular com pés recuados; Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica; Cabeceira e peseira em PEAD (Polietilena de Alta Densidade) removíveis e de fácil limpeza; 4 Grades Laterais com Polietilena em ABS termoplástico com retração para abaixo do leito; Rodízios de polipropileno de 3" DIM com freio de dupla ação diagonal; Ângulos: Dorso 90° Perna 44°.- Altura MÁX/MIN: 450mm Á 750mm; Dimensões externas: 2030mm x 1100mm; Dimensões internas: 1900mm x 800mm; Capacidade de peso: 220kg; Peso: 75kg.	UNIDADE	70
13	AUTOCLAVE HOSPITALAR C/ DUAS PORTAS 200 LITROS C/ IMPRESSORA	<u>Especificação:</u> capacidade 200 litros; câmara aço inox e câmara interna aço inox AISI 316L; osmose reversa c/ capacidade de 20 e 60 litro/hora; Dimensões internas (LxAxC): 46x46x100cm; Dimensões externas aproximadas (LxAxC): 90x173x138cm; Tipo/Número de portas: 2 (duas);	UNIDADE	1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

		<p>Potência 18kw; Tensão: 220 ou 380 V Trifásico; Comando automático microprocessado eletrônico, possui 10 ciclos de trabalho pré definidos, incluindo LEAK TEST, tais como: Pacotes; Caixas pequenas; Caixas grandes; Teste de Bowie Dick, Ciclo Flash Borrachas, Líquidos, Materiais Sensíveis, Vidrarias; mais dois programas livres totalmente alteráveis e selecionáveis pelo usuário e protegido por meio de senha para uma maior segurança. Visualização dos parâmetros dos programas, fases do ciclo pressão tempo e temperatura, através de uma interface de display LCD e teclado numérico de 0 a 9 mais teclas de função. Visualização dos parâmetros programada através de display (L.C.D.), dispostos em um painel eletrônico localizado na lateral do equipamento e interface através do teclado de membrana em policarbonato para seleção de parâmetros de processo e entrada de dados na programação dos ciclos; Manômetro indicativo de pressão na câmara externa; Manovacuômetro indicativo de pressão e vácuo na câmara interna. Duas portas (tipo barreira sanitária) fabricadas em aço inoxidável, maciças e abauladas internamente, com acabamento polido sanitário e brilhante; sistema de porta com fechamento através de volante central, dotado de guarnição de silicone que garante total vedação do vapor; válvula de segurança calibrada com dispositivo de limpeza e verificação de funcionamento; entrada de ar limpo para aeração através de filtro bacteriológico hidrófobo com eficiência de 99,9% de 0,22 um, substituível, conforme NBR ISO 17665-1.</p>		
14	FOCO CLÍNICO FLEXIVEL	<p><u>Especificação:</u> Foco de Luz Clínico Portátil Led Haste Flexível - 4 Pés Bivolt; Base em tripé de tubo de aço carbono quadrado; Altura regulável por meio de manípulo; Foco protetor em chapa de aço carbono; Pés com plásticas; Com o acompanhamento de uma Lâmpada Fria (Led); Dimensão aproximada: Alt. Mínima: 1,10m - Alt. Máxima: 1,600 m.</p>	UNIDADE	25
15	CARRO PARA TRANSFERÊNCIA A LEITO EM	<p><u>Especificação:</u> Para centro cirurgico composto de 02 carros em pintura epóxi; 01 leito em chapa de Aço Inox; Carros em tubos de 1.1/4 com</p>	UNIDADE	2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

	INOX ESTRUTURA EPÓXI	dispositivos para deslizar e fixar os Carros; Armação tubular em pintura epóxi; Travas com movimentos suaves e de fácil manejo; leito provido de parachoque de borracha em toda a volta; Acompanha par de grades em Aço Inoxidável; Acompanhamento de suporte soro; Carros sobre rodízios de 5" reforçados de borracha sendo 02 com freio; Dimensões Externas: Comprimento: 1,90cm, Largura: 0,60 cm, Altura: 0,80 cm.		
16	MACA TUBULAR COM CABECEIRA REGULAVÉL - COM ESTOFADO	Especificações: Fabricada em aço carbono com pintura epoxi ; com estofado D33 revestido de c/ curvin sintético.	UNIDADE	40
17	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA D28 ASENTO FIXO COM GAVETA	Especificação: Estofada; D28; Assento fixo com gaveta; Estrutura em tubos de aço de 31,75mm de diâmetro, leito fixo estofado, com articulação para regulagem de altura manual da cabeceira e peseira por meio de cremalheiras, gaveta, par de perneiras em zincadas revestidas, com espuma e corvim, com base cromada e regulagem de altura por meio de manípulos, mesa totalmente esmaltada, pés com ponteiros.	UNIDADE	20
18	SUPORTE PARA SORO AÇO INOX C/ RODÍZIOS	Especificação: Suporte para soro com 4 rodízios; Aço inox; Base em aço tubular, regulagem de altura; Pés providos de 4 rodízios de 2"; Dimensões aproximadas: (CxLxA): 1,62 cm x 0,37 cm x 0,37 cm).	UNIDADE	70
19	NEGATÓSCOPIO 1 CORPO	Especificação: Negatoscópio; Construído em chapa de Aço; Pintura epóxi com frente de acrílico leitoso fixação de RX por roletes em Bivolt; com Lâmpada de LED; Dimensões externas aproximadas: Profundidade: 11cm, Largura: 38cm, Altura: 50cm; Chave para seleção de voltagem 110v ou 220v.	UNIDADE	18
20	KIT ESTESIÔMETRO MONOFILAMEN TO SEMMES WEINSTEN	Especificação: Estesiômetro monofilamentos de Semmes-Weinstein - para avaliação da sensibilidade; Composição: filamentos em nylon e tubos transparentes; 7 tubos com 2 filamentos iguais; Cores variadas	UNIDADE	20
21	BANDEJA HOSPITALAR EM AÇO INOX	Especificações: em aço inox dimensões 30 cm X 20 cm X 4 cm	UNIDADE	45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

22	BANDEJA HOSPITALAR EM AÇO INOX	Especificações: em aço inox dimensões 37 cm X 27 cm X 4 cm	UNIDADE	40
23	CUBARIM HOSPITALAR EM AÇO INOX	Especificações: em aço inox dimensões 26 cm X 12 cm	UNIDADE	50
24	CAIXA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - KIT SUTURA COMPLETO	Especificações: kit de sutura com 1 Estojo Inox Perfurado 18 x 08 x 03cm perfurado; 01 Cabo de Bisturi nº3; 01 Pinça Anatômica Dissecção C/ Serrilha 12cm; 01 Pinça Anatômica Dente de Rato 12cm; 01 Porta Agulha Mayo Hegar 14cm; 01 Tesoura Cirúrgica Iris 12cm Reta; 01 Pinça Halstead Mosquito 12cm Reta	UNIDADE	27
25	FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO DE O2	Especificação: Fluxômetro confeccionado em corpo e niple de saída em latão cromado; Esfera em aço inoxidável; Bilhas em policarbonato; Escalas de vazão: 0 a 15 l/min -0 a 30 l/min; Borboleta em propileno com rosca interna em metal.	UNIDADE	86
26	CILINDRO DE O2 C/ VALVULA REGULATORIA 10 M³ ALUMINIO	Especificação: Cilindro de oxigênio; Capacidade hidráulica (L): 50 litros; Capacidade de Gás (m³): 10 metros cubicos (m³); Pressão de serviço (Bar): 200 bar; Diâmetro Externo (mm): 230 mm; Altura (mm): 1460 mm; Peso (Kg): 57,2 Kg; Conexão para Válvula: ABNT 218-1.	UNIDADE	15
27	TAMBOR INOX P/ GASES	Especificações: Tambor inox 10 litros	UNIDADE	20
28	TAMBOR INOX P/ GASES	Especificações: Tambor inox 19 litros	UNIDADE	30
29	PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO	Especificações: Fabricação em aço inox 15cm	UNIDADE	25
30	PINÇA CLÍNICA INFANTIL ALGODÃO	Especificações: Fabricação em aço inox	UNIDADE	25
31	SUGADOR PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICO	Especificações: Metal curvo	UNIDADE	15
32	SUGADOR PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICO	Especificações: Metal reto	UNIDADE	15
33	CONDENSADOR DE	Especificações: Condensador rotatórios de inox (25 mm - 45 mm)	UNIDADE	10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

	GUTAPERCHA MECÂNICO			
34	MONITOR MULTIPARÂMETRO COM ECG, SPO2, RESP, PNI E TEMP. PRÉ-CONFIGURADO 12 POLEGADAS	Tela de 12.1 polegadas; Portátil - com alça incorporada ao monitor; Identificação do paciente; Comunicação em rede; Bateria interna recarregável; Alimentação: 100 a 240 Vac. Automático; Gabinete de alta resistência mecânica, isolado eletricamente; parâmetros vitais monitorados: Eletrocardiograma (Ecg), Oximetria De Pulso (Spo2), Pressao Não Invasiva (Pni), Temperatura 2 Canais e Respiração.	UNIDADE	16
35	APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	Especificação: Inalador; dimensões : 41 x 44 x 31 cm; 1,23 Quilogramas voltagem 1.10E+222 Volts	UNIDADE	20
36	CARRINHO DE PARADA	Especificação: Carro de parada com 4 gavetas; Dimensões aproximadas (CxLxA): 40 x 55x 116 cmm; Sistema de travas nas gavetas; Tábua para massagem; 2 Rodízios; Divisória para medicamentos	UNIDADE	4
37	MACA DE TRANSPORTE INOX	Especificações: Maca em aço inox, leito removível e grades laterais em aço inox. Cavalete em tubos de aço inoxidável com diâmetro de 1 1/4", rodízios de 5" com freio na diagonal.Dimensões aproximadas: 1.50 x 0.60 x 0.80 m de altura.Peso: 20 KG	UNIDADE	10
38	COMADRE INOX	Especificações: Inox 40 x 30cm	UNIDADE	20
39	PAPAGAIO INOX	Especificações: Inox 1 litro	UNIDADE	20
40	BOMBA DE INFUSÃO	Especificação: Bomba de equipo universal para infusão enteral e parenteral; dimensões (AxLxC): 12cm x 9,9 cm x 23,3 cm); Interface intuitiva e display com leitura visível à distância, 4,3" touch screen; Função Anti-bolus, DPS (Sistema Dinâmico de Pressão), e sistema KVO; Comunicação via Porta USB, Auto Falante e por Infra Vermelho; Fixação vertical e horizontal; Adaptável para equipos universais para medicação, dieta enteral e parenteral do tipo padrão universal, livre de PVC e fotossensível; Uso adulto, pediátrico e neonatal; Funções de registros de históricos, biblioteca de medicamentos, anti-bolus e diversos alarmes; Modos de Programação: Biblioteca de drogas / Lista de drogas / Sem nome de droga; 7 modos de infusão: ml/h / Dose de carregamento / Peso Corporal / Aceleração e desaceleração / Sequência /	UNIDADE	20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

		Retransmissão; Trava de segurança e porta com fechamento automático; Empilhamento de até 10 bombas.		
41	AIRTRAQ ADULTO	Especificações: Canal-Guia para Navegação; Tubo Tamanhos: de 7,0 a 8,5 mm. Sistema Antiembaçamento ; Conexão com Endocâmeras ;	UNIDADE	3
42	AIRTRAQ NEO	Especificações: Canal-Guia para Navegação; Tubo Tamanhos: de 4,0 a 5,5 mm. Sistema Antiembaçamento ; Conexão com Endocâmeras ;	UNIDADE	3
43	VENTILADOR PULMONAR COM PEDESTAL	Especificação: Tela de 10.4" Touch Screen com 3 curvas simultâneas com cores distintas na tela: volume corrente, fluxo e pressão; Conexão de rede de ar comprimido e oxigênio de alta pressão; 9 modos de ventilação: AC-VCV, AC-PCV, V-SIMV, P-SIMV, PSV, CPAP, APRV, PRVC, IPPV; Entrada oxigênio 40 a 90 PSIG; Mangueira para rede de O2 e Ar comprimido; Circuitos completos autoclaváveis; Comunicação USB; Entrada AC 100 ~ 240 V/ 50-60 Hz; Válvulas de segurança de alta pressão e de apneia; Válvula anti-asfixia; Válvula de segurança de pressão inspiratória interna; Válvula reguladora de pressão de entrada de ar e O2 incorporada internamente ao equipamento; Backup interno; Ventilação de Backup; Painel LCD multifuncional.	UNIDADE	10
44	ASPIRADOR DE SECREÇÃO	Especificação: Rápida acumulação do vácuo a um fluxo de aspiração de 60 litros por minuto; Potência aliada ao baixo nível de ruído (inferior a 55db).	UNIDADE	7
45	APARELHO DE GASÔMETRO LABORATORIAL	Especificação: Cartuchos descartáveis e menus intuitivos na tela sensível ao toque; Configurações de cartucho customizadas e menu de exames; Sistema de Gestão de Qualidade.	UNIDADE	1
46	PINÇA KOCHER	Especificação: Em aço inox curva 20cm	UNIDADE	10
47	PINÇA DENTE DE RATO	Especificação: Em aço inox 15cm	UNIDADE	13
48	PINÇA ANATÔMICA	Especificação: Em aço inox 15cm	UNIDADE	13
49	PINÇA KELLY	Especificação: Em aço inox curva 20cm	UNIDADE	33
50	PINÇA ALLIS	Especificação: Em aço inox 20cm	UNIDADE	10
51	PINÇA PORTA AGULHA	Especificação: Em aço inox 15cm	UNIDADE	3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

52	CAMA FOWLER MOTORIZADA	Especificação: Movimentos Fowler (dorso e pernas); Elevação do leito; Trendelemburg e reverso do trendelemburg acionados através de motores elétricos com controle remoto a fio; Fácil acesso para o paciente e enfermagem; Leito confeccionado em chapas de aço carbono de 1,50mm; Cabeceira/peseira em PEAD (Polietileno de Alta Densidade); Estrutura do estrado em tubo aço carbono retangular 50 x 30 x 1,50mm de espessura; Pés com rodízios de Ø3", sendo 2 com freio na diagonal; Capacidade de carga total 180kg; Dimensões: 1,90 x 0,90m (CxL) / ALT. Mín. 50cm e Alt. Máx. 65cm.	UNIDADE	13
53	CARRO DE BANDEJA ALIMENTAR HOPITALAR	Especificação: Carro de bandeja; Material polipropileno e alumínio anodizado; Modelo com fechamento lateral e portas; Capacidade: 45 kg; Dimensões aproximadas (CxLxA): 1,07m x 54cm x 97cm.	UNIDADE	40
54	ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM AÇO COM CHAVE	Especificação: Armário de aço com duas portas; 3 prateleiras; Chapa nas prateleiras e nas travas; Pintura: eletrostática/epóxi; Dimensões (AxLxP): 150 x 75x 32 cm.	UNIDADE	25
55	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM CHAVE	Especificação: Fabricado em aço carbono 25 x 25mm com acabamento em pintura epóxi; Porta com fechadura cilíndrica; Porta e laterais de vidro cristal de 03mm; 04 prateleira de vidro cristal de 04mm; Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 0,66m, Profundidade: 0,40m, Altura: 1,65m; Peso: 25kg.	UNIDADE	30
56	ESCADA 02 DEGRAUS AÇO INOX	Especificação: Escada 2 degraus Inox revestido com borracha antiderrapante e proteção com cinta de aço inox; Pés com ponteiros de borracha; 0,40 x 0,36 x 0,36m (CxLxA).	UNIDADE	85
57	DETECTOR FETAL PORTATIL	Especificação: Detector Profissional Fhr (taxa de Fetal); Detector Profissional de 3MHZ; 3 modos de processamento Doppler: modo de exibição FHR de taxa fetal em tempo real, modo de exibição médio FHR e modo manual; Taxa do Doppler fetal em tempo real na tela LCD integrada; Frequência da sonda: 3,0 MHz plusmn; Faixa de exibição de taxa: 50-230bpm; Material: Plástico.	UNIDADE	24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

58	CADEIRA PARA COLETA COM ESTOFADO E BRAÇADEIRA	Especificação: Cadeira coletora de sangue; Braçadeiras laterais; Espuma de estofado D-26; Construído em tubos 7/8", tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.	UNIDADE	2
59	BALANÇA DE VIDRO TEMPERADO	Especificação: Capacidade de pesagem: 150kg; Visor de LCD; Plataforma em vidro temperado de pelo menos 8 mm; Acionamento por toque e desligamento automático.	UNIDADE	200
60	OTÓSCOPIO PROFISSIONAL CABO METALICO LED C/ ESTOJO.	Especificação: Visor (lente) fixa redonda em policarbonato cristal com aumento de 2,5 x (vezes); 05 (cinco) espelhos auriculares, em material Nylon (Poliamida PA): 01 Espelho N° 1 sem reforço metálico - diâmetro 2,5 mm, 01 Espelho N° 2 sem reforço metálico - diâmetro 4,0 mm, 01 Espelho N° 3 sem reforço metálico - diâmetro 5,0 mm, 01 Espelho N° 4 sem reforço metálico - diâmetro 7,0 mm, 01 Espelho N° 5 sem reforço metálico - diâmetro 9,0 mm; Acondicionado em bolsa fecho velcro; Cabo em metal cromado; Botão com regulador de alta e baixa luminosidade.	UNIDADE	20
61	APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMONÔMETRO	Especificação: Esfigmomanômetro aneróide com estetoscópio; Braçadeira em nylon; Braçadeira tamanho adulto; Tamanho aproximado da braçadeira: 14 x 52cm; Faixa de Medição: 0 - 300mmHg; Divisões de 2mmHg; Graduação min/max: 2mmHg/304mmHg.	UNIDADE	202
62	KIT GLICOSIMETRO C/ Glicemia 10 Tiras + 10 Lancetas	Especificação: Kit de medidor de glicose; Sistema AUTO CODE; 360 posições de memória; Caneta lancetadora com 5 níveis de ajuste de profundidade de punção e sistema ejetor de lancetas; Lancetas para Lancetador com Esterilizadas por Radiação Gama.	UNIDADE	170
63	TERMÔMETRO DIGITAL	Especificação: Resistente a água, Ponta flexível; Bateria substituível; Display LCD; Bateria de lítio 1.5/1.55 v01.	UNIDADE	200
64	CILINDRO DE OXIGÊNIO 5 M ³	Especificação: Cilindro de oxigênio; Capacidade hidráulica (L): 05 itros; Capacidade de Gás (m ³): 5 metros cubicos (m ³); Pressão de serviço (Bar): valvula cromada com rosca parão 0,68 m3.	UNIDADE	12
65	ALMOTOLIA BICO RETO	Especificação: capacidade 500L	UNIDADE	50

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

66	LANTENA CLINICA COM LED	Especificação: Lanterna clínica de LED portátil; Luz clara; Alimentado a bateria.	UNIDADE	54
67	SUPORTE DE PERFURO CORTANTE	Especificações : Capacidade para 7L	UNIDADE	20
68	FOCO CIRURGICO COM MONITOR	Especificação: Foco cirúrgico; Temperatura da Cor: 3.900 a 5.000K; Tensão de entrada: 127 / 220 VAC; Frequência: 50/60 Hz; Pot. Bulbo (Lente): 7,2W; Número de fase: Bifásico; Diâm. aproximado do campo focal/Lum: 50 a 400 mm; Diâm. aproximado da Cúpula: 690 mm; Controle Luminoso: 05 níveis de 0, 25,50, 75 e 100%; Manopla com câmera embutida; Display Colorido tela touch 4,3".	UNIDADE	1
69	TAMBOR DE INOX PARA GASES	Especificações : Dimensões 14 x 12 cm	UNIDADE	12
70	BISTURI ELETRICO COM PEDAL	Especificação: Bisturi eletrônico; 3 displays digitais independentes e simultâneos para as potências dos modos de Corte, Coagulação e Bipolar; 12 funções de Corte (normal e delicado); 6 funções de Coagulação; Seleção automática de Placa de Retorno, Simples ou Dupla (Bipartida); Alça para transporte escamoteável; Potência máxima: 300 Watts - Potencia mínima: 150 Watts.	UNIDADE	5
71	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE PRETA COM RODINHAS	Especificação: Cadeira mocho sem encosto e com rodas; Com regulagem de altura ajustável, de base giratória; Rodízios duplos em polipropileno; Base em aço; Revestimento em couro; Dimensões do assento aproximados: 37cm de diâmetro, Altura mínima do assento: 42cm, Altura máxima do assento: 53cm.	UNIDADE	15
72	LIXEIRA RETANGULAR BRANCA	Especificações: Com pedal 50 L plastico	UNIDADE	120
73	LIXEIRA RETANGULAR BRANCA	Especificações: Com pedal 100 L, rodas plastico	UNIDADE	42
74	LIXEIRA COM PEDAL 200LT PLASTICO	Especificações: Lixeira material plastico Com pedal, capacidade 100 L, com rodas	UNIDADE	15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

75	AUTOCLAVE HOSPITALAR 30 LITROS C/ IMPRESSORA	Especificação: Autoclave de 30 litros fabricada em aço inox; Bandeja em alumínio; Potência: 1100W; Tensão: Bivolt automático 110/220V; Temperatura padrão: 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C; Temperatura de secagem: exposição até 135°C; Pressão de trabalho: 1 a 3 kgf/cm ² ; Medidas aproximadas da câmara (D x P): 285 x 385 mm; Vedação guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Painel com visor digital e indicação de valores relativos ao funcionamento da autoclave.	UNIDADE	10
76	AUTOCLAVE HOSPITALAR 21 LITROS C/ IMPRESSORA	Especificação: Autoclave de 21 litros fabricada em aço inox; Tensão: 110/127/220V; Potência: 1000W; Dimensões aproximadas da câmara: Diâmetro Ø 248mm x Profund. 425mm; Pressão de trabalho: de 1 Kgf / cm ² a 3 Kgf / cm ² ; Bandeja em alumínio; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Display de indicação.	UNIDADE	25
77	TORRE SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA COMPLETA	Especificações: Sistema de vídeo composto de: -01 Processadora e Microcâmera 3 Chips 1/3" FULLHD C/ Sistema De Gravação -01 Adaptador De Vídeo (Coupler) -01 Monitor LED FULLHD 24" -01 Insuflador De CO2 45L C/ Aquecimento -01 Fonte de Luz LED -01 Rack de Transporte Para Sistema De Videolaparoscopia -01 Ótica Endoscópio Rígido 10mm 30° 310mm FULLHD -01 Ótica Endoscópio Rígido 10mm 0° 310mm FULLHD -01 Kit de Instrumentais Para Videocirurgia Cirurgia Geral Composto de: 02 - Cânula (Bainha) 10mm X 10cm. 01 - Obturador Pta Piramidal 10mm X 16cm Bainha. 01 - Obturador Pta Prot 10mm X 16cm Bainha. 03 - Cânula(Bainha) 5mm X 11cm Lisa. 02 - Obturador Pta Piramidal 5mm X 17cm Bainha. 01 - Extrator E Redutor 10mm P 5mm Diaf 10mm X11cm. 01 - Cânula Punção Injeção Agulha 2,1 5mmx36cm. 02 - Cânula De Dissecção Tipo Gancho Ang Reto 5mmx36cm. 02 - Cabo Flexível Macho Femea Pinça Monopolar. 01 - Obturador Pta Piramidal 5mm X 17cm Bainha. 01 - Cânula Aspiração E Irrigação 5mmx36cm. 01 - Cânula Aspiração E Irrigação 10mmx36cm. 01 - Pinça Dent Garra 2x3 10mmx36cm (Extração). 01 - Tesoura	UNIDADE	1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

		Metzenbaum Curva 5mmx36cm Com Empunhadura Easy .01 – Pinça Maryland Dissec 5mmx36cm Com Empunhadura Easy Light . 01 – Pinça Apreens Esp Vesícula 5mmx36cm Com Empunhadura Easy. 01 – Pinça Apreens Esp Vesícula Fenestrada Isol 5mmx36cm Com Edlo. 01 – Pinça Apreens Dent 2x4 Serri Isol 5mmx36cm Com Empunhadura. 01 – Cânula Pneumoperitonio Veress 2,5mm X 12cm Edlo. 01 – Kit Vedante Bainha Janela 5mm - (Contendo Os Vedantes Externos Edlo 14-3233 01 – Kit Vedante Bainha Janela 10mm(Contendo Os Vedantes Externos E Edlo. 01 – Vedante Interno P/Válvula Aspiração E Irrigação - (Kit C/ 5 Edlo)		
78	REPROCESSADORA AUTOMÁTICA LAPAROSÓPICA	Especificações : Reprocessadora automática ; Visor; touchscreen; display gráfico colorido de 4,2 polegadas, 320 x 240 pixels; Impressora térmico ; registra todos os dados de um ciclo em papel de folha única com 57 mm (2 ¼”) de largura e 50 mm de diâmetro; Sistema de bomba peristáltica para sucção; Motores de bomba e válvulas. Altura 45 cm Largura 65 cm Profundidade 58 cm Peso 30 Kg. Requerimentos elétricos ALX1012COMPAC 220 V. - 60 Hz. - 0.48 Kva; Capacidade da Cuba ALX1012COMPAC 10 litros; Requerimentos da água Tubulação rosca ¾” e registro Pressão 1,5 a 2,5 Kgf/cm2 Qualidade Potável Temperatura 5°C ~ 40°C Consumo por ciclo – 40 lts	UNIDADE	1
79	TORRE / ARMARIO DE LAPAROSCOPIO P/ ARMAZENAMENTO DO ENDOSCÓPIO	Especificações: Capacidade para armazenar de 06 endoscópios; Suportes giratórios em PAD; Circulação de ar e duplamente filtrado nos canais do endoscópio; Higienização de lâmpadas UVC;	UNIDADE	200
80	CARRO DE ANESTESIA	Especificação: Display de 10,4 polegadas sensível ao toque; Sistema de auto teste; Aquecedor embutido no bloco respiratório; Sistema de recipiente de troca da cal sodada rápido e eficiente somente com uma mão; Sensores de fluxo integrados universais; Medição de gás anestésico e CO2, com design modular; Manômetro das vias	UNIDADE	2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

		aéreas; ACGO – Saída auxiliar de gás comum.Válvula APL; Ventilador embutido – ventilação automática e manual.Modos Ventilatórios: VCV / VC, manual e ventilação automática; Dimensões: 1.380 mm x 773,5 mm x 580 mm; Peso da estação de trabalho: 90 Kg. SISTEMAS; PCV / VPC, SIMV-VC, PSV / CPAP, SIMV-PC, PRVC, SIMV-PRVC, PSVPro; Alimentação elétrica (Bivolt): 110 – 240 V /50 – 60Hz..		
81	DIGITALIZADOR DE IMAGENS CR	Especificação: Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X, de mesa, por placas de fósforo, monocassete, com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios X; Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X; Monitor (LCD); Memória local e Disco Rígido (HD); Armazenamento em disco local (HD); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Ampliação/Redução da imagem para visualização.	UNIDADE	1
82	CALANDRA HOSPITALAR	Especificação: Equipamento para passadoria de roupas; capacidade: 24kg; dimensões (LxAxP): 2.130mm x 975mm x 620mm; Velocidade (m/min): 3,5; Tensão elétrica: 220 V trifásico ou 380 V; Dimensões do cilindro (ØxC): 310mm x 1.600mm; Potência motor (CV): 0,5; Rolo de passagem com 1,60 metros de comprimento; Sistema de calha com aquecimento elétrico; Transmissão através de motor e redutor; Cilindro com dupla camada de feltro agulhado e revestimento de algodão cru; Mesa em aço inoxidável; Controle de temperatura através de controlador digital; Operação unilateral – Entrada e saída da roupa pela parte frontal do equipamento; Sistema de proteção contra acidentes.	UNIDADE	1
83	LAVADORA HOSPITALAR	Especificação: modelo horizontal com capacidade 30 kg; fator de carga 1:10; tensão elétrica 220 V trifásico ou 380 V; Dimensões do equipamento (LxAxC): 1.300mmx1.000mmx1.200mm; Dimensões do cesto (ØxP): 720mm x 750mm; Volume do cesto (L): 305,4; Potência motor do cesto (CV): 1,50; Diâmetro da entrada de água	UNIDADE	1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

		(polegadas): 1"; Diâmetro da entrada de produtos químicos (polegadas): ½"; Ø da entrada de vapor (polegadas): ½"; Ø do dreno d'água (polegadas): 1 ½"; Com barreira sanitária; Fabricada em aço inoxidável AISI 304; Transmissão através de motor e redutor; Motor com proteção contra poeira e contra jatos de água (IP55); Portas basculantes com amortecedor, vedação através de borracha e travas de pressão e trava eletromagnética; Controlador de tempo digital; Posicionamento da porta do cesto através de botões; Dispenser para produtos químicos de colocação manual e/ou entrada para dosador automático; Inversor de frequência para partida, frenagem e reversão suave do motor; Intertravamento entre os lados sujo e limpo.		
84	SECADORA HOSPIRALAR	<u>Especificação:</u> capacidade 20 kg; fator de carga 1:20; tensão elétrica 220 V trifásico ou 380 V; Dimensões do equipamento (LxAxC): 1.050mmx1.620mmx1.200mm; Dimensões do cesto (ØxP): 950mm x 620mm; Volume (L): 439,5; Potência motor do cesto (CV): 1,00; Tipo de exaustão simples; Potência do motor do exaustor (CV): 1,00; Sistema de aquecimento elétrico, a gás ou à vapor; Aquecimento elétrico - potência (kW): 16,5; Aquecimento a gás - Tipo de gás: GLP ou GNV; Aquecimento a gás - Pressão de trabalho (Kgf/cm²): 0,8; Aquecimento à vapor - Potência (Kcal/h): 20.000; Aquecimento à vapor - Pressão de trabalho (Kgf/cm²): 8 a 12; Cesto perfurado em aço galvanizado; Transmissão através de motor e redutor; Gaveta coletora de felpas; Sistema de exaustão com regulador de vazão; Controlador digital de tempo e temperatura; Ampla porta frontal para carga e descarga; Alarme visual e sonoro, indicador de parada e/ou fim de ciclo; Porta com trava eletromagnética.	UNIDADE	1
85	CENTRIFUGA HOSPITALAR	<u>Especificação:</u> capacidade 15 kg; tipo fixa; fator de carga 1:4; fator G: 807; tensão elétrica 220 ou 380 V trifásico; Dimensões do equipamento (LxAxC): 865mmx885mmx660mm; Dimensões do cesto (ØxP): 500mm x 310mm; Volume (L): 60,9; Potência motor do cesto (CV): 2,00; Sistema antivibração composto por molas e amortecedores	UNIDADE	1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

		de borracha; Cesto e corpo fabricados em aço inoxidável AISI 304; Controlador de tempo digital, pré-programado de fábrica; Motor com proteção contra poeira e contra jatos de água (IP55); Alarme visual e sonoro, indicador de fim de ciclo; Inversor de frequência para partida e frenagem suave do motor, aumentando sua vida útil; Porta com trava eletromagnética; Painel de controle separado do equipamento.		
86	BOMBA DE SERINGA	<u>Especificação:</u> bomba de infusão de seringa; dimensões (AxLxC): 12,3cm x 9 cm x 39,4 cm); Interface intuitiva e display com leitura visível à distância, 4,3" touch screen; Função Anti-bolus, DPS (Sistema Dinâmico de Pressão), e sistema KVO; Comunicação via Porta USB, Auto Falante e por Infra Vermelho; Fixação vertical e horizontal; Uso adulto, pediátrico e neonatal; 6 tamanhos de seringa: 2/3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml; 7 modos de infusão; Fonte de alimentação CA: 100-240V; Tubo de seringa alinhado e organizado; Biblioteca de medicamentos: Exibição do nome do medicamento, Limite superior e inferior de dosagem do medicamento, Nomes dos medicamentos; Modo TIVA; modo de trabalho: operação contínua.	UNIDADE	10
87	ARMARIO DE ROPEIRO DE AÇO VESTIARIO	Especificação: Fabricação em aço carbono ; 20 portas c/ chaves 1.98 CM X 1.25 CM X 40CM	UNIDADE	10
88	DEFIBRILADOR HOSPITALAR	Especificações: Especificação: Desfibrilador; Display colorido: exibição de números de choques e tempo decorrido, curvas de ECG, status da bateria, frequência de batimentos cardíacos, temporizador de 2 minutos para a RCP; Análise de impedância torácica; Grau de proteção IP 56; Gabinete em ABS; Tempo de carga: até 05 segundos para 200 joules; Bateria recarregável ou descartável; Transferência de dados via conexão USB.	UNIDADE	3
89	MESA DE PARTO INOX	Especificações: Movimento de inclinação, parte anterior e posterior, comando por manivela na lateral, estrutura em chapa de aço inox, possui um tampo fixo e um tampo retrátil, com gaveta para	UNIDADE	2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

		escoamento de líquidos, porta coxa, porta ombro, pegadores laterais, Tam. alt. 0,80 Larg. 0,60		
90	MONITOR MULTIPARÂMETRO COM ECG, SPO2, RESP, PNI E TEMP. PRÉ-CONFIGURADO 12 POLEGADAS COM CAPNOGRAFIA.	Tela de 12.1 polegadas; Portátil - com alça incorporada ao monitor; Identificação do paciente; Comunicação em rede; Bateria interna recarregável; Alimentação: 100 a 240 Vac. Automático; Gabinete de alta resistência mecânica, isolado eletricamente; parâmetros vitais monitorados: Eletrocardiograma (Ecg), Oximetria De Pulso (Spo2), Pressão Invasiva (Pi), 2 Canais, Impressora e Vapnografia	UNIDADE	2
91	PINÇA CHERON	Especificação: Em aço inox 24cm	UNIDADE	33
92	PINÇA POZZI	Especificação: Em aço inox 24cm	UNIDADE	33
93	TESOURA	Especificação: Em aço inox 15cm	UNIDADE	33
94	HISEROMETRO AUTOCLAVAVEL	Especificação: Em aço inox 25cm	UNIDADE	33
95	SELADORA	Especificação: Selagem de grau cirúrgico • Diferentes temperaturas • acionamento automático da esteira somente quando alcançada a temperatura programada • Selagem: Largura 13mm - horizontal - velocidade 10m/min • Controle de temperatura 60° a 199° • Alimentação: 220V • Frequência: 60 Hz • Máxima potência de consumo: 310VA • Aço inox com acabamento escovado • Controlador dedicado microprocessado • Dimensões do equipamento: 385x245x190mm	UNIDADE	1
96	SUPORTE DE PERFURO CORTANTE	Especificações : Capacidade para 13L	UNIDADE	20
97	SUPORTE DE PERFURO CORTANTE	Especificações : Capacidade para 20L	UNIDADE	20
98	TERMODESINFECTORA	Especificações: Braços aspersores de líquidos sem contato com materiais que cobrem toda a área de limpeza; • Possui 12 programações (opcional até 50 programações), sendo 06 pré-programadas e 06 abertas para programação do usuário; • Possui 12 programações (opcional até 50 programações), sendo 06 pré-programadas e 06 abertas para programação do usuário; Impressora para documentação do processo e acompanha software	UNIDADE	1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

		de gerenciamento de registros para PC's, (RegManager).• Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa temperatura, falta de água, abertura da porta, falta de detergente e sistema de proteção contra superaquecimento;Saída USB para coleta de dados.Possui 03 entradas de água (água fria, água quente e água desmineralizada).• Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto (HEPA) e de vácuo;• Sistema de segurança que impede a abertura das portas acidentalmente;• Iluminação Interna da câmara;Atende a norma internacional ISO 15883;Dimensões externas: WDS-200D (LxAxP) 0,94 x 1,70 x 0,74m;• Rack com 04 níveis e capacidade de até 08 cestos DIN;Possui 01 bomba dosadora, com opcional até 03, para controle de injeção de soluções;Temperatura da Água: 80 a 93 °C;Ciclos com período de duração entre 1 a 30 minutos;Alimentação: 220 V ou 380 V / 60Hz trifásico;		
99	SECADORA DE TRAQUEIA	Especificações: Volume interno 213 litros • Controlador dedicado microprocessado • Ajuste de tempo até 240 minutos • Ajuste de temperatura até 95° • 30 conectores para traqueias adulto/infantil/ventilatórios • Potência 2400W • Alimentação 220V • Gabinete, cesto e câmara interna em aço inox • Porta em vidro duplo temperado com vedação • 03 divisórias (opção de cestos ou bandejas) • Rodízio para deslocamento com travas • Filtro de absoluto HEPA • Painel digital • Memória para 10 programas • Turbina de ventilação forçada de ar 1/3 HP • Sistema de recirculação de ar • Dimensões internas: 400x339x1570mm (LxPxA) .	UNIDADE	1
100	LAVADORA ULTRASSONICA	Especificações :• Volume total: 40 litros • Abastecimento e escoamento automático • Controle de aquecimento até 65°C • Controle de fluxo intermitente para limpeza de canulados • Controle do tempo de ultrassom até 60 minutos • 8 conectores para canulados de 3 a 16mm • Controlador dedicado microprocessado • Frequência de ultrassom = 40 Khz • Potência de ultrassom = 600W • Gabinete,	UNIDADE	1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

		cuba e cesto em aço inoxidável • Dimensões da cuba: 335x635x190mm (PxLxA)		
101	MESA DE MAYO	Especificações: Mesa de Mayo em aço inox ,Confeccionada em tubos de aço inox 7/8 (1,2mm)Haste em tubo de aço inox 5/8 (1,2mm,) Suporte da bandeja em Maciço inox Regulagem de altura por mandril plásticoRodízios de 2" em NylonAlt, ura regulável: 75cm mínimo e 110cm máximo,Bandeja em aço inox com dimensões 45x35x2cm.	UNIDADE	2
102	CARDIOVERSO N	Especificações: Equipado com um display de cristal líquido de 7 polegadas, colorido, eletroluminescente e de alta definição. A tela touch , ECG de 12 derivações e Cabo de 10 vias	UNIDADE	2
103	CAPACETE CAPUZ HOOD NEONATAL	Especificações: Fabricados em acrílico transparente, as tendas e capuzes . Corpo cilíndrico com três aberturas: Tampa superior removível, com orifício para entrada de cabos e tubos. Válvula de admissão na parte traseira, com defletor para distribuição .	UNIDADE	8
104	BOLSA TRANORTE SOCORRISTA APH RESGATE COR VERMELHA.	Especificações: Logotipo Cruz da Vida na parte frontal da bolsa; Possui uma divisória interna que pode ser removida e recolocada com velcro; Possui 01 principal, 01 frontal, 01 posterior e 02 laterais; Faixa refletiva em tecido lavável de 30mm; Confeccionada em tecido amalfi 300/900 e forrada em TNT, o que também proporciona mais resistência e durabilidade; Costura dupla: maior resistência e durabilidade; Alça de ombro e outra para as mãos.	UNIDADE	10
105	BOLSA TRANORTE SOCORRISTA APH RESGATE COR AMARELA.	Especificações: Logotipo Cruz da Vida na parte frontal da bolsa; Possui uma divisória interna que pode ser removida e recolocada com velcro; Possui 01 principal, 01 frontal, 01 posterior e 02 laterais; Faixa refletiva em tecido lavável de 30mm; Confeccionada em tecido amalfi 300/900 e forrada em TNT, o que também proporciona mais resistência e durabilidade; Costura dupla: maior resistência e durabilidade; Alça de ombro e outra para as mãos.	UNIDADE	2
106	BOLSA TRANORTE	Especificações: Logotipo Cruz da Vida na parte frontal da bolsa; Possui uma divisória interna que	UNIDADE	2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

	SOCORRISTA APH RESGATE COR LARANJA	pode ser removida e recolocada com velcro; Possui 01 principal, 01 frontal, 01 posterior e 02 laterais; Faixa refletiva em tecido lavável de 30mm; Confeccionada em tecido amalfi 300/900 e forrada em TNT, o que também proporciona mais resistência e durabilidade; Costura dupla: maior resistência e durabilidade; Alça de ombro e outra para as mãos.		
107	BOLSA TRANSPORTE SOCORRISTA APH RESGATE COR AZUL	Especificações: Logotipo Cruz da Vida na parte frontal da bolsa; Possui uma divisória interna que pode ser removida e recolocada com velcro; Possui 01 principal, 01 frontal, 01 posterior e 02 laterais; Faixa refletiva em tecido lavável de 30mm; Confeccionada em tecido amalfi 300/900 e forrada em TNT, o que também proporciona mais resistência e durabilidade; Costura dupla: maior resistência e durabilidade; Alça de ombro e outra para as mãos.	UNIDADE	2
108	BOLSA TRANSPORTE SOCORRISTA APH RESGATE COR VERDE	Especificações: Logotipo Cruz da Vida na parte frontal da bolsa; Possui uma divisória interna que pode ser removida e recolocada com velcro; Possui 01 principal, 01 frontal, 01 posterior e 02 laterais; Faixa refletiva em tecido lavável de 30mm; Confeccionada em tecido amalfi 300/900 e forrada em TNT, o que também proporciona mais resistência e durabilidade; Costura dupla: maior resistência e durabilidade; Alça de ombro e outra para as mãos.	UNIDADE	3
109	MASCARA VNI INFANTIL	Especificações: Confeccionada em PVC Embalada individualmente	UNIDADE	35
110	MASCARA VNI ADULTO	Especificações: Confeccionada em PVC Embalada individualmente	UNIDADE	35
111	MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO O INFANTIL	Especificações : Látex Free;Estéril por Óxido de Etileno;Reservatórios alongado, com balão de reservatório de 600ml.	UNIDADE	40
112	MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO O ADULTO	Especificações : Látex Free;Estéril por Óxido de Etileno;Reservatórios alongado, com balão de reservatório de 600ml.	UNIDADE	40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

113	MASCARA VENTURI INFANTIL	Especificações : Modelo Pediátrico; Com tubo corrugado;- 6 diluidores coloridos;- Tudo de O2;- Não estéril;	UNIDADE	20
114	MASCARA VENTURI ADULTO	Especificações : Modelo adulto; Com tubo corrugado;- 6 diluidores coloridos;- Tudo de O2;- Não estéril;	UNIDADE	20
115	KIT OXIGÊNIO REGULADOR COM FLUXÔMETRO+ ACESSORIOS	Especificações: KIT REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO + ACESSÓRIOS 01 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO - GABSOLDA 01 COPO FRASCO UMIDIFICADOR 250 ML , 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS 2MT - 01 EXTENSOR DE CATETER 2MT . 01 CONECTOR PARA EMENDAR O CATETER E O EXTENSOR, 01 MICRONEBULIZADOR ADULTO COM COPO PARA MEDICAÇÃO 6ML.	UNIDADE	6
116	Máscara Laríngea - Caixa com 05 un.	Especificações: Confeccionada em PVC,Embalada individualmente Létex Free tamanho: 1.0	UNIDADE	10
117	Máscara Laríngea - Caixa com 05 un.	Especificações: Confeccionada em PVC,Embalada individualmente Létex Free tamanho: 1.5	UNIDADE	10
118	Máscara Laríngea - Caixa com 05 un.	Especificações: Confeccionada em PVC,Embalada individualmente Létex Free tamanho: 3.0	UNIDADE	10
119	RESPIRADOR DE TRANSPORTE ADULTO, PEDIATRICO NEONATAL	Especificações: Ecrã táctil colorido de 7" mostra a monitorização 4 formas de onda; três ciclos Interface ecrã ;17 modos de ventilação; Contração de O2 ajustável de 40% a 100%; EtCO2 ;Válvula interna PEEP; Alarme sonoro; bateria;Peso 5,5kg; Volume corrente (VC): 20ml	UNIDADE	1
120	ELETROCARDIO GRAFO	Especificações: 12 Derivações Simultâneas na tela;3 canais de impressão de alta performance; Tela de 5,6" de alta resolução;Teclado resistente e emborrachado Conexão USB e LAN;Bateria de Lithium-íon 8 horas de duração em uso contínuo.	UNIDADE	1

5 - DO LOCAL E CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

5.1. O fornecimento dos Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar, deverá ocorrer no horário de 08 às 13 horas, de segunda a sexta feira, com exceção a feriados, na sede da Prefeitura Municipal, definida pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme cronograma de entrega definido, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo prorrogável mediante solicitação por escrito e justificativa pela empresa contratada, após a emissão de nota de empenho e/ou documento equivalente, e será acompanhada por fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será responsável pelo atesto do ato;

5.2 – O fornecimento, serão objeto de inspeção, que será realizada por servidor designado pela Secretaria Municipal de Saúde;

5.3 - Após comprovado a entrega, pelo atesto do fiscal designado, receberá e atestará as respectivas Notas Fiscais, encaminhando-as em ato contínuo ao setor financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Portel/Pará, para pagamento.

5.4 – Caso os Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar, não satisfaçam às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser retirados pela CONTRATADA, por sua conta e risco, imediato, contados da notificação encaminhada pelo CONTRATANTE.

6 - DA GARANTIA:

6.1. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou a falta de especificações técnicas, verificada na inspeção do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas características ou corretas especificações, no prazo de até 72 horas, a contar da data de realização da inspeção.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- a) Fornecer o objeto nas especificações contidas no contrato administrativo;
- b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;
- c) Manter, durante a execução do contrato administrativo, as mesmas condições de habilitação;
- d) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto da proposta;
- e) Fornecer o objeto no preço, prazo e forma estipulados na proposta;
- f) Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos neste Termo de Referência;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

g) Manter durante a execução do Contrato assinado, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- a) atestar nas notas fiscais a efetiva os fornecimentos dos Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar;
- b) aplicar à Contratada penalidade, quando for o caso;
- c) prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato administrativo;
- d) efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal e recibo no setor competente;
- e) notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.

9 - REAJUSTES DE PREÇOS:

9.1. Os preços pertinentes ao contrato administrativo poderão ser reajustados na vigência do mesmo, desde que justificados de forma clara e convincente, dentro dos parâmetros legais, tomando como base de cálculo os índices em vigor (IPC/IGPM), em conformidade com os estabelecidos no inciso II “d” do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais legislações aplicáveis.

9.2. A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de início da vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma análise do pedido juntamente com a assessoria jurídica.

9.3. Sempre que houver alteração nos preços dos produtos, seja motivada por elevação do preço para os fabricantes/fornecedores, por redução ou por simples promoção temporária, essa alteração será registrada por simples apostila no verso deste contrato.

10 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1 - A licitante vencedora que, convocada no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Portel, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver inscrito, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações legais.

10.2 - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas:

10.2.1 - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato administrativo;

10.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o saldo do contrato administrativo, no caso de atraso superior a 60 (sessenta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual;

10.2.3 - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato administrativo, no caso da Contratada, injustificadamente, desistir do contrato administrativo ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento contratual.

10.3 - O valor das multas aplicadas, de acordo com o estabelecido neste termo de referência, após regular processo administrativo, será descontado do pagamento das faturas devidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser paga por meio de guia própria, a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da sua aplicação.

10.4 - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa.

11 - DO CANCELAMENTO DE FORNECIMENTO:

11.1 - Constitui motivos para o cancelamento do Pedido e/ou Nota de Empenho:

a) O não cumprimento de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;

b) O cumprimento irregular de cláusulas deste anexo, especificações ou prazos;

c) A lentidão no cumprimento do acordado, levando Secretaria Municipal de Saúde a comprovar a impossibilidade no fornecimento dos Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar, no prazo estipulado;

d) O atraso injustificado no fornecimento dos Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar;

e) A paralisação da entrega e/ou instalação dos Equipamento e Materiais Permanentes para uso Hospitalar, sem justa causa ou prévia comunicação a Secretaria Municipal de Saúde;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Comissão Permanente de Licitação - CPL

- f) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação com outrem, à sessão ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução do acordado, sem prévio conhecimento e autorização da Secretaria Municipal de Saúde;
- g) O desatendimento das determinações regulares da Fiscalização, assim como a de seus superiores;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo representante da Secretaria Municipal de Saúde, designado para acompanhamento e fiscalização deste objeto;
- i) A decretação de falência;
- j) A dissolução da empresa contratada;
- k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa do município, e exaradas no processo administrativo a que se refere este contrato administrativo;
- l) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria Municipal de Saúde, decorrente dos fornecimentos, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a empresa contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste anexo.
- o) Descumprimento do disposto no inciso V do Art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

12 - PUBLICIDADE:

12.1 - O aviso de licitação deverá ser publicado no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS e no QUADRO DE AVISOS da Secretaria Municipal de Saúde de Portel, Estado do Pará.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Comissão Permanente de Licitação - CPL
13 - DO FORO:

13.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Termo de Referência, fica eleito pelos licitantes o Foro da Comarca de Portel/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter.

Portel/PA, 29 de dezembro de 2023.

BENEDITO MARCIO SHERLO SILVA MARTINS
Secretário Municipal de Saúde

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000

